

病理中心公告

編號:CP-An-104-30

主旨：梅毒檢驗方法學變更

執行院區：■永康 ■柳營 ■佳里 ■台南分院 ■南科

受文單位：全院各臨床科別

內容：

1. 為提升梅毒篩檢之敏感性及特異性，進行梅毒檢驗方法學變更。
2. 異動說明：
 - 2.1. RPR 屬於非梅毒螺旋體抗體(Non-Treponemal antibody)測試，用於偵測血清中是否含有反應素，以進行梅毒之篩檢，屬非特異性反應，易發生生物偽陽性結果。
 - 2.2. 梅毒試驗(免疫法)之篩檢試驗，屬於梅毒螺旋體抗體(Treponemal antibody)測試，可排除 RPR 非特異性的偽陽性結果，與 TPPA 有較高的一致性。
 - 2.3. 移除醫囑開立之 RPR，以梅毒試驗(免疫法)進行初步篩檢，當梅毒試驗(免疫法)檢驗結果為 Reactive 時，本科將加做 RPR 和 TPPA 以符合傳染病通報要求。
3. 異動內容：移除「醫囑開立 RPR(12001)」，新增「梅毒試驗(免疫法)(12001-2)」
4. 報告格式：
 - 4.1. 梅毒試驗(免疫法)檢驗結果為 Non-Reactive，報告格式如下：

計價代碼	檢驗項目	檢驗結果	參考值
12001-2	梅毒試驗(免疫法)	Non-Reactive	Non-Reactive

《續下頁》

本通告除給予各受文單位外同時於病理中心網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師

4.2. 梅毒試驗(免疫法)檢驗結果為 Reactive，本科自行新增「RPR」；醫師補開單「TPPA」，報告格式有三種情況：

a. RPR 及 TPPA 進行傳呼通報

計價代碼	檢驗項目	檢驗結果	參考值
12001-2	梅毒試驗(免疫法)	Reactive	Non-Reactive
12001	RPR	Reactive 1: ___	Non-Reactive
12018	TPPA	1: ___(+)	<1:80(-)

b. RPR 進行傳呼通報

計價代碼	檢驗項目	檢驗結果	參考值
12001-2	梅毒試驗(免疫法)	Reactive	Non-Reactive
12001	RPR	Reactive 1: ___	Non-Reactive
12018	TPPA	<1:80(-)	<1:80(-)

c. TPPA 進行傳呼通報

計價代碼	檢驗項目	檢驗結果	參考值
12001-2	梅毒試驗(免疫法)	Reactive	Non-Reactive
12001	RPR	Non-Reactive	Non-Reactive
12018	TPPA	1: ___(+)	<1:80(-)

5. 報告時效：1 天

6. 採檢容器：黃頭管(5c.c)

執行日期： 104.09.22

聯絡單位： 永康 生化免疫組；分機：53671-2

柳營 生化血液組；分機：77565，77509

佳里 檢驗科；分機：33284

吳國平
104.09.21

李連達
2015.09.21



2015.09.21

本通告除給予各受文單位外同時於病理中心網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師