

臨床病理部公告

編號：CP-An-110-12

主旨：呼吸道病毒檢驗採檢容器更換

執行院區：■永康 ■柳營 ■佳里 □樹林院區 □南科

受文單位：

內容：

- 一、 呼吸道病毒檢驗停止使用 H1N1 病毒小瓶。
- 二、 改以去活化病毒採檢管(iVTM, Inactivation Viral Transport Medium)

(如圖一)。注意:*避免漂白水污染*



圖一

去活化病毒採檢管
(iVTM)室溫保存

採檢後2-8℃冰浴送檢

三、 適用項目：

計價碼	檢驗項目	檢體類別
14962-1 14962-2 14962-3	PCR for SARS CoV-2	B070 鼻咽拭子
12183-7	Xpert CoV/Flu/RSV PCR 快速檢測	B070 鼻咽拭子
14965	Real time PCR for FluA	B027 Throat swab B014 鼻腔液
14966	Real time PCR for FluB	
14980	PCR for Novel FluA(swH1N1)	
12915	PCR for H3N2	
14982	Real time PCR for H7N9	


本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師

四、 採檢棉棒維持不變，採檢流程不變(如下圖二)。

五、 採集原管保存條件：室溫保存。

六、 採檢後運送條件：採檢後 2-8℃ 冰浴送檢。

圖二 採檢流程



執行日期： 110 年 3 月 31 日起

聯絡單位： 永康 特殊檢驗組；分機：53673.5369.53697

柳營 臨床病理部；分機：77509

佳里 檢驗科；分機：33284

楊權 2021.3.29

陳如 2021.3.29

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師