

臨床病理部公告

編號:CP-An-110-40.

主旨：檢驗項目「Fibrinogen」試劑及參考值異動

執行院區：■永康 ■柳營 ■佳里 ■樹林院區 ■南科

受文單位：各院區臨床單位

內容：

1. 檢驗項目「Fibrinogen」(計價碼08024)，試劑由 HemosIL® Fibrinogen-C 異動為 Q.F.A.，將可降低檢體中抗凝藥物造成的干擾(針對肝素干擾的耐受濃度由1 U/mL 提高到2 (U/mL)，異動後之生物參考區間如下表：

	舊試劑 Fibrinogen-C	新試劑 Q.F.A.
生物參考區間	238~498 mg/dL	200~393 mg/dL

2. 新試劑 Q.F.A.在 ACL TOP Family 之血液凝固儀器上測試，結果不受干擾之上限值，依仿單說明如下表：

項目	肝素	血色素	三酸甘油酯	膽紅素
	2 U/mL	375 mg/dL	880 mg/dL	23 mg/dL

3. 採檢容器、檢體量、送驗時間、方法學、報告時效等各項相關檢驗資訊均無異動。

執行日期：110 年 08 月 23 日

楊耀 20210805

聯絡單位：永康 血液 組；分機：53639、53640

柳營 生化血液 組；分機：77509、77556

佳里 檢驗科 組；分機：33280、33284

陳昭如

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師