

臨床病理部公告

編號：CP-An-110-57

主旨：項目「Amoebiasis Ab 阿米巴抗體」檢驗機台、試劑及相關資訊異動

執行院區：■永康 ■柳營 ■佳里 ■樹林院區 ■南科

受文單位：全院各臨床單位

內容：

1. 檢驗項目「Amoebiasis Ab 阿米巴抗體」(計價碼：12023)之代檢單位(大安聯合醫事檢驗所)更換檢驗機台及試劑廠牌。檢體種類、採檢容器、送檢方式等不變。
2. 相關檢驗資訊異動如下：

	異動前	異動後
試劑廠牌	RIDASCREEN	DIAGNOSTIC AUTOMATION CORTEZ
機台	SIEMENS BN Prospec	SIEMENS Atellica NEPH 630
參考區間	Negative: <0.9 Equivocal: 0.9 - 1.1 Positive: > 1.1	OD units < 0.4 (Negative) OD units $\geq$ 0.4 (Positive)
3. 新試劑檢驗值 ≥ 0.4 為危險數據，將進行危險值傳呼，建議應繼續追蹤或用其他疾病管制署認可之方式確認。

執行日期：110年11月27日起

聯絡單位：永康 特殊檢驗組；分機：53673

柳營 血庫免疫組；分機：73675-6

佳里 檢驗科；分機：33280

樹林院區檢驗室；分機：58111

南科 檢驗室；分機：77803

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師