

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	Her2 ISH	計價碼	12195
檢體種類	石蠟包埋組織	檢體量	4µm 二片
採檢適用容器	檢體為石蠟包埋組織，由實驗室人員自行調閱。		
禁食限制	無	加作檢驗	不適用
採檢注意事項	請在檢驗申請單上註明病理編號或細胞編號		
輸送條件	1. 永康院區內：無 2. 非永康院區：無		
檢驗儀器	Vantana BenchMark GX		
檢驗方法	雙重原位雜交		
檢驗試劑	Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA		
報告完成時間	14 個工作天		
生物參考區間	Non-Amplified	危險臨界值	無
臨床意義	Her2 免疫染色呈現 2+ 的病患，若 Her2 ISH 結果為陽性，則病患可健保給付用藥。		
干擾因素	1. 組織若厚度不足、固定時間不足會影響組織染色之結果。 2. 不同的組織前處理流程會影響組織染色之結果。 3. 脫鈣檢體不宜進行檢測。 4. 未使用 Coating 之玻片。		
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619		
委外代檢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話： 地址：		
備註	1. 需含 20 個可供觀察判讀的腫瘤細胞。 2. 超過 6 星期以上的組織免疫玻片，不建議使用。 3. 烤片溫度請勿超過 60°C。 4. 若檢體結果無法判讀，以退件處理。		

