

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	已知 ACTBRCA 突變熱點的乳癌基因檢測		計價碼	16938-3
檢體種類	血液		檢體量	10mL
採檢適用容器	大紫頭管(含 EDTA 抗凝固劑) 			
禁食限制	無	加作檢驗	不適用	
採檢注意事項	採血後以 180 度輕微搖晃試管 10 下			
輸送條件	1. 永康院區內：無 2. 非永康院區：無			
檢驗儀器	Ion Proton			
檢驗方法	次世代定序(Next Generation Sequencing, NGS)			
檢驗試劑	Ion AmpliSeq™ Library Kit 2.0-96LV、Ion PI™ Hi-Q™ Chef Kit、Ion PI™ Chip Kit v3 (委行動基因生技股份有限公司代檢)			
報告完成時間	收到合格檢體後 14 個工作天			
生物參考區間	無	危險臨界值	無	
臨床意義	遺傳性癌症檢測。已知的 BRCA1/2 基因遺傳突變位點，高風險亞健康族群評估家族性遺傳突變。			
干擾因素	無			
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619			
委外代檢	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：行動基因生技股份有限公司 聯絡電話：02-2795-3660#1256 楊思怡秘書 地址：台北市內湖區新湖二路 345 號 3 樓			
備註				