

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	血癌-NPM1 (1 片段)	計價碼	16946
檢體種類	骨髓/血液	檢體量	10 mL
採檢適用容器	大紫頭管(含 EDTA 抗凝固劑) 		
禁食限制	無	加作檢驗	不適用
採檢注意事項	1. 血液 blast 需大於 20%，若小於 20% 將導致偵測靈敏度降低 2. 若無法當天送達，請保存在 4°C 冰箱，三天內送達實驗室		
輸送條件	1. 永康院區內：常溫，24 小時內送至實驗室；4°C 保存，三天內送達實驗室 2. 非永康院區：常溫，24 小時內送至實驗室；4°C 保存，三天內送達實驗室		
檢驗儀器	ABI Veriti PCR machine、核酸定序儀		
檢驗方法	聚合酶連鎖反應、核酸定序		
檢驗試劑	2X HotStart Taq PCR MasterMix		
報告完成時間	14 個工作天		
生物參考區間	Not detected	危險臨界值	無
臨床意義	NPM1 (Nucleophosmin) 基因在染色體正常的病人中佔 45-62%，突變約佔 25-35%，當病人有此類突變發生時大部分預後較佳。		
干擾因素	Blast 小於 20% 將導致偵測靈敏度降低。		
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619		
委外代檢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話：_____ 地址：_____		
備註	1. 檢測限制：Mutation Allele Frequency < 20%(LOD)，因有偽陰性之可能，若檢測後為 Not detected，報告內容會加註。		

2. 結果判讀：依定序範圍 Blast 比對基因型別。