

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	ApoE 阿茲海默症風險基因檢測		計價碼	16950-1
檢體種類	血液		檢體量	3 mL
採檢適用容器	紫頭管(含 EDTA 抗凝固劑) 			
禁食限制	無	加作檢驗	不適用	
採檢注意事項	檢體冷藏保存			
輸送條件	冷藏運送			
檢驗儀器	1. PCRmax Eco48 即時定量聚合酶反應儀 2. 全自動 DNA 萃取儀 MagPurix			
檢驗方法	即時定量聚合酶反應 real-time PCR			
檢驗試劑	1. Zinexts Magpurix Blood DNA Extraction Kit 2. Genotyping Master Mix (2X)			
報告完成時間	10 個工作天			
生物參考區間	基因型態	危險臨界值	無	
臨床意義	檢測 ApoE 基因型，根據 ApoE 的 DNA 序列特定 SNP 變異點，可區分出 3 種不同變異，分別為 ApoE $\epsilon$ 2、 $\epsilon$ 3 及 $\epsilon$ 4，其中 $\epsilon$ 4 為高風險型。			
干擾因素	凝血或溶血			
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/53630、52619			
委外代檢	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：新隆醫事檢驗所 聯絡電話：02-2245-3355 地址：新北市中和區中山路二段 348 巷 8 號 3 樓			
備註	收件時間：W1~W5，8:00~17:00			