

精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023 年 11 月 04 日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	ROS1 (IHC)	計價碼	16999-4
檢體種類	石蠟包埋組織	檢體量	4µm 二片
採檢適用容器	檢體為石蠟包埋組織，由實驗室人員自行調閱。		
禁食限制	無	加作檢驗	不適用
採檢注意事項	請在檢驗申請單上註明病理編號或細胞編號		
輸送條件	1. 永康院區內：無 2. 非永康院區：無		
檢驗儀器	Vantana BenchMark GX		
檢驗方法	免疫組織染色		
檢驗試劑	Ventana Anti ROS1 (SP384) Monocolonal primary antibody		
報告完成時間	14 個工作天		
生物參考區間	Negative	危險臨界值	無
臨床意義	輔助醫師篩選適合 Xalkori (crizotinib) 治療的患者。		
干擾因素	1. 組織若厚度不足、固定時間不足會影響組織染色之結果。 2. 不同的組織前處理流程會影響組織染色之結果。 3. 未使用 Coating 之玻片。		
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619		
委外代檢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話： 地址：		
備註			