

病理部公告

編號：AP-An-112-02

主旨：新鮮過小檢體(needle biopsy)送冷凍切片檢查須知

執行院區：☒總院 ☐柳營 ☒佳里 ☐樹林院區 ☐南科

受文單位：開刀房

內容：

1. 新鮮過小檢體(needle biopsy)送冷凍切片檢查，因不可浸泡 formalin，而將檢體沾黏於紙片上送檢，但造成紙片吸乾水分，無法取下檢體，而無法診斷。
2. 避免上述問題，請送檢時將**採有檢體之紙片，以 normal saline 沾濕**，而不是將檢體直接浸泡在 normal saline 裡，處理好之後再儘快送至本科。

執行日期：2023.06.28



聯絡單位：總院 解剖病理科；分機：53690

柳營 組；分機：

佳里 組；分機：

本通告除給予各受文單位外同時於病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師