

臨床病理部公告

編號：CP-An-110-51

主旨：血液細菌培養陽性檢體，將加做「最低抑制濃度快速試驗(MIC)」。

執行院區：■永康 □柳營 □佳里 □樹林院區 □南科

受文單位：各臨床科別

內容：

一、本單位將於血液細菌培養陽性檢體，新增最低抑制濃度快速試驗(MIC)：

1. 操作機台：BD Phoenix™ M50

2. 判讀標準依據為 CLSI M100 與 M45 指引，報告內容包含：

(1) Susceptible(S)或 Intermediate(I)或 Resistant(R)。

(2) 最低抑制濃度(單位：μg/mL)。

二、*Staphylococcus aureus*、*Staphylococcus aureus complex(S. argenteus)* 提供 MIC 報告，其他 *Staphylococcus species* 之抗生素報告仍維持 Susceptible(S)或 Intermediate(I)或 Resistant(R)，臨床如有特殊需求請聯絡細菌組。

三、因 BD Phoenix™ M50 之無 *Corynebacterium spp.* (Including *Corynebacterium diphtheriae*)、*Bacillus spp.*之資料庫，且 CLSI 亦無 Disc diffusion method 之判讀標準，故僅能提供菌名報告(亦適用於其他檢體類別)。

執行日期：110 年 11 月 2 日

聯絡單位：永康 細菌組；分機：53677

楊子隆 110.10.27

陳白如 2021.10.28

本通告除給予各受文單位外同時於臨床病理部網站最新消息公告
需要時以電子郵件方式通知各主治醫師